

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI UN PREVENTIVO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DELLA FORNITURA DI N. 4 DEFIBRILLATORI AUTOMATICI ESTERNI (DAE) PER LE SEDI DELL'ENTE

1. PREMESSA

L'Autorità Idrica Toscana (da ora anche solo AIT o Ente) istituita con L.R. Toscana n. 69/2011 quale Ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale (art.3, comma 1), intende procedere con un avviso pubblico finalizzato all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 della fornitura di n. 4 apparati DAE per le sedi dell'Ente che ne sono sprovvisti.

Il presente avviso ha quindi scopo unicamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei confronti dell'Autorità Idrica Toscana, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

2. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

AUTORITA' IDRICA TOSCANA - C.F. e P.Iva 06209860482

Sede Legale e Direzione Generale: Via G. Verdi n. 16 – 50122 Firenze

Casella Postale 1485 Ufficio Postale 7 – Via G. Verdi 50122 Firenze

Tel 055 263291 – Fax 055 2632940 – PEC: protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it

Profilo del committente: www.autoritaidrica.toscana.it

Responsabile Unico di Progetto: Dr.ssa Lucia Mancini tel. 05526329102 e-mail: l.mancini@autoritaidrica.toscana.it

Direttore dell'esecuzione: Geom. Marcello Carrai tel. 05526329405 e-mail: m.carrai@autoritaidrica.toscana.it

3. OGGETTO DELLA FORNITURA ED EVENTUALI SERVIZI ACCESSORI

FORNITURA DI N. 4 DEFIBRILLATORI AUTOMATICI ESTERNI (DAE)

Gli apparati devono possedere le seguenti caratteristiche:

1) Tipo di defibrillatore

- Defibrillatore automatico esterno (DAE) con analisi automatica del ritmo cardiaco.
- Funzione di shock semiautomatica.

2) Facilità d'uso e alla portata di tutti.

- Comandi vocali e visivi chiari in lingua italiana.
- Indicazioni passo-passo per rianimazione cardiopolmonare (RCP).
- Possibilità di utilizzo anche da personale non sanitario con formazione minima.

3) Sicurezza

- Riconoscimento automatico del ritmo non defibrillabile.
- Shock erogato solo se necessario.
- Sistema di auto-test giornaliero o periodico.
- Conformità alle norme IEC 60601-1 e IEC 60601-2-4 (standard internazionali per dispositivi medici).

4) Energia e elettrodi

- Elettrodi monouso, con switch adulto/bambino
- Energia dello shock sufficiente secondo linee guida ERC/AHA (in genere 150–200 J biphasic).

5) Durata e manutenzione

- Batteria con autonomia di almeno 4–5 anni o 200 shock.
- Sistema di controllo automatico dello stato operativo.
- Indicatore di fine vita elettrodi/batteria.

6) Connettività e tracciabilità

- Possibilità di registrare eventi e scaricare dati per audit.
- Compatibilità con software di gestione dispositivi.

7) Accessori e segnalazioni

- Teca esterna ben visibile a tutti, possibilmente allarmata e custodia resistente agli urti e alla polvere.
- Indicazioni visive di stato operativo (LED o display).
- Manuale in italiano e guida rapida.

8) Certificazioni

- Marcatura CE conforme Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE o MDR 2017/745.
- Conformità alle linee guida europee ERC e italiane Ministero della Salute.

4. CONDIZIONI DELLA FORNITURA

1) La fornitura dovrà prevedere anche l'installazione ed il montaggio degli apparati nelle seguenti sedi:

- Via Verdi 16 50122 Firenze
- Via P. Gobetti 23/p 52100 Arezzo
- Via Aurelio Lampredi n. 81 piano 10 int. 19 e 20
- Via Anna Magnani 38 58100 Grosseto

2) L'Ente valuterà anche l'eventuale formazione che l'operatore economico potrà effettuare ai dipendenti dell'Ente in relazione all'utilizzo degli apparati. Nel caso in cui l'operatore economico sia in grado di effettuare attività di formazione si prega di indicare le modalità con le quali tali attività può essere erogata ed i relativi costi.

5. REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti di ordine generale:

- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 ed in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla procedura e/o incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 100, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023:

- essere iscritto alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto di appalto;

6. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA

Gli operatori economici interessati presentano la documentazione comprendente la seguente modulistica:

- Avviso sottoscritto digitalmente per accettazione;
- Modello istanza di partecipazione e autodichiarazione (Allegato 1);
- Preventivo predisposto secondo lo schema allegato (Allegato 2);

Si chiede che il preventivo sia formulato in modo che siano evidenziate separatamente le quotazioni degli apparati e dell'eventuale formazione.

Il presente Avviso sottoscritto per accettazione, la dichiarazione (Allegato 2), il preventivo di spesa di cui all'Allegato 3 e la documentazione richiesta dovranno pervenire entro e non oltre il termine del **11.11.2025 alle ore 12:00**, esclusivamente tramite la piattaforma START.

A pena di esclusione la dichiarazione e gli altri allegati dovranno essere sottoscritti:

- con firma digitale del Legale Rappresentante dell'operatore economico/soggetti associati o congiunti; in alternativa è ammessa la sottoscrizione autografa, corredata da copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità;
- in alternativa, da un Procuratore del Legale Rappresentante, allegando la relativa procura notarile o altro documento equipollente dal quale si evincano chiaramente poteri e limiti della procura.

In ogni caso la documentazione dovrà essere redatta secondo le indicazioni riportate nel presente avviso e la modulistica allegata. Non sono ammesse proposte pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente Avviso.

7. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'AIT valuterà le proposte pervenute tenendo conto del costo della fornitura e della rispondenza degli articoli proposti a quanto richiesto e dell'

Nel caso in cui l'Ente decida di procedere all'affidamento diretto della fornitura la procedura sarà svolta mediante il Sistema di acquisti telematici della Regione Toscana (START) con l'operatore economico che avrà presentato la proposta maggiormente rispondente alle necessità dell'Ente.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si veda informativa allegata

Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l'Avv. Marco Giuri, e-mail: privacy@autoritaidrica.toscana.it.

La Responsabile del Servizio Gare Contratti e Acquisti

Dr.ssa Lucia Mancini (*)

(*) Documento elettronico sottoscritto con firma digitale